INFORMACIÓN GENÉRICA DE SEGURIDAD QUÍMICA

Patrones de conductividad

Hoja genérica de referencia. La formulación y los valores contractuales se concretan para el producto, el uso, el mercado y el territorio de destino.

1. Identificación del producto y de la empresa

Soluciones de valor asignado. Calibración de conductímetros y verificación de células. Documento de LOMISA Distribuciones y Proyectos, S.L.U.. Los datos de contacto figuran en cada página. En una emergencia activar el servicio de emergencias del país (112 en la UE) y comunicar el producto, la vía de exposición y la formulación disponible. El contacto comercial no sustituye al servicio de emergencias.

2. Identificación de peligros

El riesgo depende del reactivo y matriz, no del tamaño del envase o de su función de calibración. Puede haber ácidos, bases, conservantes, indicadores o componentes tóxicos en referencias concretas.

La clasificación, pictogramas e indicaciones H/P se asignan a la sustancia o mezcla identificada, con su concentración e impurezas. Esta información describe los peligros relevantes de la familia y no establece una etiqueta común para todas sus variantes.

3. Composición e información sobre componentes

Sales de composición y concentración definidas, frecuentemente KCl · Agua de calidad adecuada

Las alternativas no se suman como receta. Los porcentajes se expresan sobre producto tal cual o base seca, indicando cuál se utiliza. La hoja de composición y propiedades de este producto complementa esta información; una composición de referencia no certifica un lote.

RESPUESTA, MANIPULACIÓN Y EXPOSICIÓN

Patrones de conductividad

4. Primeros auxilios

Ojos: aclarar inmediatamente con agua, retirar lentes si resulta fácil y continuar el lavado; solicitar valoración ante lesión o persistencia de molestias. Piel: retirar ropa contaminada y lavar con agua. Inhalación: aire limpio sin exponer al rescatador. Ingestión: no provocar vómito; enjuagar la boca si la persona está consciente y solicitar orientación médica. No dar nada por boca a una persona inconsciente.

5. Medidas frente a incendios

Agente de extinción según matriz acuosa, disolvente u oxidante. Considerar gases de descomposición y otros productos del laboratorio.

6. Vertido accidental

Contener el reactivo identificado; recoger sin mezclar con residuos de otra técnica. Evitar aerosoles, polvo y vertido de soluciones con metales o biocidas.

7. Manipulación y almacenamiento

Conservar por referencia y lote, con tapón cerrado y temperatura establecida para el patrón. Separar incompatibles y evitar contaminación cruzada con pipetas o retorno de sobrantes.

8. Control de exposición y protección personal

Bata, protección ocular y guantes compatibles. Campana cuando el reactivo libere vapores o gases; no extrapolar guantes entre disolventes, ácidos y patrones metálicos. Los límites de exposición y el tiempo de permeación del guante se verifican para la sustancia, concentración y normativa laboral del destino; no se asignan valores universales a la familia.

PROPIEDADES, REACTIVIDAD Y EFECTOS

Patrones de conductividad

9. Propiedades físicas y químicas

Parámetro	Dato / descripción	Condición y alcance
Estado / aspecto	Solución acuosa	Descripción de la familia.
Comportamiento en agua	Conductividad con unidad y temperatura de referencia; evitar contaminación y evaporación.	Evaluación con el agua y las condiciones del proceso.
pH / acidez / alcalinidad	Valor de la referencia	En sólidos, indicar concentración de la dispersión o solución. En productos no acuosos, pH puede no ser aplicable.
Densidad / viscosidad	Valor a temperatura de ensayo	Distinguir densidad real, aparente y relativa; la viscosidad requiere método y, si procede, cizalla.

10. Estabilidad y reactividad

Consultar la identidad del reactivo: pares ácido/base, oxidante/reductor y metales incompatibles. No mezclar viales usados de métodos distintos.

11. Información toxicológica

Las vías de exposición relevantes son contacto ocular/cutáneo, inhalación de polvo, niebla o vapor e ingestión accidental, según la presentación. Los efectos específicos se describen en el apartado 2. No se atribuyen valores de toxicidad aguda ni ausencia de sensibilización o efectos crónicos a una mezcla sin identificar sus componentes y sus concentraciones.

12. Información ecológica

Separar residuos por metales, disolventes, oxidantes y corrosivos. El bajo volumen individual no elimina el peligro del residuo acumulado.

RESIDUOS, TRANSPORTE Y ALCANCE

Patrones de conductividad

13. Consideraciones sobre eliminación

Recoger producto, absorbentes, envases y aguas de limpieza identificados; no mezclar residuos incompatibles. La clasificación del residuo depende también de los contaminantes incorporados durante el uso. Seleccionar un gestor y destino autorizados según el territorio, sin asignar un código de residuo único a todos los procesos. Separar residuos por metales, disolventes, oxidantes y corrosivos. El bajo volumen individual no elimina el peligro del residuo acumulado.

14. Información de transporte

El número ONU, denominación, clase y grupo de embalaje dependen de la composición y presentación identificadas. No se declara el conjunto de la familia como mercancía no peligrosa. Verificar régimen de transporte por carretera, mar o aire, cantidades, envase homologado cuando corresponda y documentación exigida para el trayecto y destino.

15. Información reglamentaria

La referencia de suministro se evalúa conforme al sistema de clasificación y documentación química del mercado de destino. En la UE se consideran REACH y CLP cuando resulten aplicables. Aptitud para agua potable, uso biocida, alimentación o farmacia requiere documentación específica del producto y uso; esta hoja no atribuye autorizaciones ni certificaciones a toda la familia.

16. Otras informaciones

Edición documental 19/11/2026 · Rev. 03. Información genérica de referencia organizada en 16 apartados. La FDS específica se concreta para la composición final y el destino. CAS identifica una sustancia; % m/m expresa masa de componente respecto a masa de producto; materia activa identifica el componente funcional y su base de cálculo. La formulación se definirá en la industria química que LOMISA designe para cada entrega, según el mercado y el territorio de destino.

Selección técnica relacionada

Evitar contaminación iónica del envase y sensor. No convertir conductividad a salinidad o TDS con un factor universal. El valor a 25 °C no debe compararse directamente con una lectura sin compensar a otra temperatura. El patrón de 1 413 µS/cm no cubre por sí solo todos los rangos.